

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
**BỆNH VIỆN DA LIỄU**

Số: /BVDL-TCHC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2026

V/v mời chào giá mua sắm thiết bị

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mời chào giá mua sắm thiết bị phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá:

Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, số 91, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ: 0236.3756951 vào giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ.

3. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành thông báo chào giá đến **trước 08 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2026**. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:** Theo Phụ lục đính kèm

1. Các đơn vị có thể gửi báo giá đầy đủ theo mẫu **Phụ lục đính kèm** hoặc các mặt hàng đơn vị có thể tham gia theo biểu mẫu Bảng chào giá đính kèm.

2. Hồ sơ kèm theo Báo giá: Tài liệu thể hiện hồ sơ sản phẩm, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ pháp lý công ty đủ điều kiện mua bán sản phẩm báo giá, hình ảnh thiết bị báo giá. Báo giá bao gồm các chi phí khác: vận chuyển, linh kiện thay thế,... (nếu có)

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 10-30 ngày kể từ ngày đặt hàng.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định hiện hành.

6. Thời gian thực hiện mua sắm dự kiến: 02 tháng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị cung cấp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- CNTT đăng Website;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Công Đức**

## BẢNG MÔ TẢ THIẾT BỊ, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thư mời chào giá số /BVDL-TCHC ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng)

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
1	Máy hút khói	Máy	1	<p><b>Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Máy hút khói, mùi khó chịu sinh ra từ laser CO2</li> <li>-Được sản xuất từ 2025 trở đi, mới 100%</li> </ul> <p><b>Yêu cầu cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn điện: 220-240V; 50/60 Hz</li> </ul> <p>Có <math>\geq</math> 03 bộ lọc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bộ lọc thứ nhất: Bộ lọc sơ cấp</li> <li>+ Bộ lọc thứ 2: Bộ lọc than hoạt tính</li> <li>+ Bộ lọc thứ 3: Bộ lọc HEPA hoặc tốt hơn</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bộ lọc có thể sử dụng tối đa <math>\geq</math> 1.000 giờ</li> <li>- Mức độ tiếng ồn: <math>\leq</math> 65dB</li> <li>- Nhiệt độ hoạt động của động cơ lên đến <math>\geq</math> 40°C</li> </ul> <p><b>Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu</li> <li>-Đào tạo cho đơn vị sử dụng thành thạo thiết bị</li> <li>-Có cam kết về việc cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế</li> </ul>

**Ghi chú:** Đặc tính kỹ thuật quy định trong danh mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các đơn vị cung cấp. Các đơn vị có thể chào giá các vật tư, thiết bị, hàng hoá, dịch vụ có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

