

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN DA LIỄU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49 /BVDL-KD
V/v mời chào giá Thiết bị xét nghiệm

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp Thiết bị xét nghiệm

Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm thiết bị để phục vụ công tác xét nghiệm (Theo phụ lục 1 Danh mục Thiết bị đính kèm). Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến thiết bị gửi về Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng trước **16 giờ ngày 14 tháng 02 năm 2022** để tổng hợp như sau:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh của Đơn vị.
2. Báo giá của thiết bị cung cấp: Nêu đầy đủ thông tin tại Bảng thông tin chào giá thiết bị (Theo phụ lục 2 Danh mục Thiết bị đính kèm).
3. Hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị ở các đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây kèm bảng photo có công chứng Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có).
4. Catalogue, cấu hình tính năng kỹ thuật của thiết bị.

Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng chào giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá. Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo khách quan trong việc mời chào giá. Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài bì để tiện theo dõi.

Công ty chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bảng báo giá.

Các tài liệu xin gửi về: Khoa Dược - Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. *Ula*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Kim Văn Hùng

Phụ lục 1
DANH MỤC THIẾT BỊ

(Đính kèm thư mời chào giá số /BVDL-KD, ngày tháng năm 2022)

STT	Tên Thiết bị	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Kính hiển vi sinh học 2 mắt	Cái	01	<p>Thân kính hiển vi 2 mắt kèm theo nguồn sáng đèn LED : 01 cái</p> <p>- Ổ gắn vật kính : Dạng mâm xoay 360°, có 4 vị trí lắp vật kính</p> <p>+Thị kính chống mốc 10x, đường kính vi trường rộng 20 mm, có chia độ Diop: 02 cái.</p> <p>+Vật kính chống mốc – phẳng 4X/0.10, khoảng cách làm việc 27.8 mm: 01 cái</p> <p>+Vật kính chống mốc – phẳng 10X/0.25, khoảng cách làm việc 8.0 mm: 01 cái</p> <p>+Vật kính chống mốc – phẳng 40X/0.65, khoảng cách làm việc 0.6 mm: 01 cái</p> <p>+Vật kính chống mốc – phẳng 100X/1.25 oil, khoảng cách làm việc 0.13 mm, soi dầu, có lò xo: 01 cái</p> <p>+Tụ quang có độ mở 1,25, có thể điều chỉnh màn chắn sáng và độ cao : 01 cái</p> <p>- Bàn để mẫu kèm theo bộ phận di mẫu X x Y: 76 x 30mm : 01 cái</p> <p>- Dầu soi: 8 cc.</p> <p>- Bao máy : 01 cái</p> <p>- Dây điện nguồn : 01 cái</p> <p>- Có xử lý chống mốc trên các bộ phận quang học để chống sự nảy mầm và phát triển mốc.</p> <p>- Hệ thống quang học Vô cực (infinity optical system).</p> <p>- Đầu quan sát : Đầu quan sát hai thị kính. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng từ 48 –75mm. Có vòng chỉnh độ diop phù hợp với từng người quan sát.</p> <p>- Độ phóng đại: 1000 lần</p> <p>- Bàn để mẫu: Có kích thước 120 x 132 mm, có bộ phận giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều X-Y, mỗi thị kính có điều chỉnh độ Diop.</p>
2	Cân kỹ thuật	Cái	01	<p>Mức cân : 620 g</p> <p>Độ đọc : 0.01 g</p> <p>Kích thước đĩa : Ø 120 mm</p> <p>Kích thước cân : (202 x 224 x 54) mm.</p> <p>Hiển thị : Màn hình LCD, đèn nền backlight độ tương phản cao</p> <p>Nguồn : 220-240VAC kèm sạc Adapter 5V/1A</p> <p>- Vật liệu cân: Vỏ nhựa ABS màu trắng xám, đĩa cân bằng thép không gỉ.</p> <p>- Ứng dụng cân: Cân, đếm mẫu, cân vàng, trừ bì, kiểm tra trọng lượng, móc cân phía dưới dùng ứng dụng xác định tỉ trọng.</p> <p>- Trọng lượng: 1 kg.</p> <p>- Đơn vị cân: g, ct, N, oz, ozt, dwt, gm, t, Tael (Hong Kong), Tael (Singapore), Tael (Taiwan), tical,tola.</p> <p>- Thời gian ổn định: 1 giây.</p>
3	Máy lắc tròn	Cái	01	<p>- Tốc độ: 20~240rpm</p> <p>- Đường kính quỹ đạo lắc: 20 mm</p> <p>- Cài đặt giờ bằng phím bấm: 0 đến 99 giờ 59 phút</p> <p>- Màn hình hiển thị số</p> <p>- Kích thước bàn lắc: W230 x D230 mm</p> <p>- Kích thước máy: 260x295x140 mm</p> <p>- Nguồn điện cung cấp: 220V, 50/60Hz</p> <p>- Năng suất: 2.0kgs tại tốc độ quay 20~150rpm; 1.0kgs tại tốc độ quay 151~240rpm</p>

Ula

Phụ lục 2
Mẫu Báo giá Thiết bị
(Đính kèm thư mời chào giá số /BVDL-KD, ngày tháng năm 2022)

[Thông tin công ty...]

Ngày Tháng Năm 2022

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

Công ty hân hạnh gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá cụ thể như sau:

STT	Tên Thiết bị	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Chủng loại (Model)	Hãng sx/ Nước sx	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1										

Đơn giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí vận chuyển

Thông tin khác: (giao hàng, thanh toán, hiệu lực, ...)

..., Ngày Tháng Năm 2022

[TÊN CÔNG TY]
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)