

Số: 348 /BVDL-KD
V/v mời chào giá hóa chất,
vật tư y tế

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 08 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp Hóa chất, vật tư y tế

Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế cho máy PCR-RT AriaMx-Agilent để phục vụ công tác khám chữa bệnh (Theo phụ lục 1 Danh mục hóa chất, vật tư đính kèm). Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến hóa chất, vật tư y tế gửi về Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng trước **16 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2022** để tổng hợp như sau:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh của Đơn vị.
2. Giấy phép công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế của Đơn vị.
3. Báo giá hóa chất, vật tư y tế cung cấp: Nêu đầy đủ thông tin tại Bảng thông tin chào giá hóa chất, vật tư y tế (Theo phụ lục 2 đính kèm).
4. Catalogue, cấu hình tính năng kỹ thuật, tài liệu chứng minh phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020, tài liệu công khai giá hóa chất, vật tư y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.
5. Hợp đồng tương tự cung cấp hóa chất, vật tư y tế đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây kèm bảng photo có công chứng Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có).

Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và ký tên khi nộp bảng chào giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá. Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo khách quan trong việc mời chào giá. Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài bì để tiện theo dõi.



Công ty chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bảng báo giá.

Các tài liệu xin gửi về: Khoa Dược - Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD


GIÁM ĐỐC

Kim Văn Hùng

Phụ lục 1
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ
 (Đính kèm thư mời chào giá số 348 /BVDL-KD, ngày 19 tháng 8 năm 2022)

STT	Tên Hóa chất, vật tư y tế	ĐVT	Đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương
1	Hóa chất tách chiết DNA/RNA	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Mục đích: tách chiết DNA/RNA - Phương pháp: Tách cột Silica - Phương thức: tách thủ công - Dùng cho mẫu: tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, tế bào người, mẫu mô... - Thành phần hoá chất không chứa Phenol/Chloroform - Độ tinh sạch: 1.7-2.2 - Bộ hoá chất đầy đủ các loại vật tư như chày nghiền mô,.... - Đạt tiêu chuẩn ISO13485
2	Bộ kit định tính HPV	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Mục đích: Định tính <i>Human Papilloma Virus</i> - Phương pháp: Sử dụng Công nghệ đầu dò Taqman probe - Phương thức: PCR-RT - Thành phần hoá chất: HPV rPCR mix, Negative control, positive control. - Dạng kit: “ready to use” (sẵn sàng sử dụng) - Độ nhạy 10 copies/ phản ứng - Kiểm soát chất lượng: Tích hợp chứng nội (IC) trong cùng phản ứng với gene đích để kiểm soát âm tính giả - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 - Tương thích với máy PCR-RT AriaMx-Agilent
3	Bộ kit định tính và định type HSV1-2	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Mục đích: Định tính và định type <i>Herpes simplex virus</i> - Phương pháp: Sử dụng Công nghệ đầu dò Taqman probe - Phương thức: PCR-RT - Thành phần hoá chất: HPV rPCR mix, Negative control, positive control. - Loại mẫu: Dịch cơ thể, huyết tương, nước tiểu, máu toàn phần - Kiểm soát chất lượng: Tích hợp chứng nội (IC) trong cùng phản ứng với gene đích để kiểm soát âm tính giả - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 - Tương thích với máy PCR-RT AriaMx-Agilent
4	Bộ kit định tính <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Mục đích: Định tính <i>Neisseria gonorrhoeae</i> - Phương pháp: Sử dụng Công nghệ đầu dò Taqman probe - Phương thức: PCR-RT - Thành phần hoá chất: <i>Neisseria gonorrhoeae</i> rPCR mix, Negative control, positive control. - Loại mẫu: tinh trùng, dịch tiết sinh dục, nước tiểu, - Kiểm soát chất lượng: Tích hợp chứng nội (IC) trong cùng phản ứng với gene đích để kiểm soát âm tính giả - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 - Tương thích với máy PCR-RT AriaMx-Agilent

Chữ ký

5	Bộ kit định tính <i>Chlamydia trachomatis</i>	Test	<ul style="list-style-type: none"> - Mục đích: Định tính <i>Chlamydia trachomatis</i> - Phương pháp: Sử dụng Công nghệ đầu dò Taqman probe - Phương thức: PCR-RT - Thành phần hoá chất: <i>Chlamydia trachomatis</i> rPCR mix, Negative control, positive control. - Loại mẫu: tinh trùng, dịch tiết sinh dục, nước tiểu, - Kiểm soát chất lượng: Tích hợp chứng nội (IC) trong cùng phản ứng với gene đích để kiểm soát âm tính giả - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 - Tương thích với máy PCR-RT AriaMx-Agilent
6	100uL Filter Tip (Đầu tip 100uL có lọc)	Cái	<ul style="list-style-type: none"> -Thể tích lấy mẫu: 100 ul -Đã được tiệt trùng sẵn. -Tương thích được với nhiều dòng pipette của các nhà sản xuất khác nhau -Chất liệu nhựa -Free Dnase, Rnase -Có lọc -Đựng trong hộp nhựa
7	1000 uL Filter Tip (Đầu tip 1000uL có lọc)	Cái	<ul style="list-style-type: none"> -Thể tích lấy mẫu: 1000 ul -Đã được tiệt trùng sẵn. -Tương thích được với nhiều dòng pipette của các nhà sản xuất khác nhau -Chất liệu nhựa -Free Dnase, Rnase -Có lọc -Đựng trong hộp nhựa

Chia

Phụ lục 2
Mẫu Báo giá Hóa chất, vật tư y tế
(Đính kèm thư mời chào giá số 348 /BVDL-KD, ngày 19 tháng 8 năm 2022)

[Thông tin công ty...]

Ngày Tháng Năm 2022

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

Công ty hân hạnh gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá cụ thể như sau:

STT	Phân nhóm TT14	Tên hóa chất, vật tư y tế	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Ký hiệu/ Mã hàng hóa/ Chung loại	Hãng sx/ Nước sx	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Giá kê khai
1											

Đơn giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí vận chuyên

Thông tin khác: (giao hàng, thanh toán, hiệu lực, ...)

..., Ngày Tháng Năm 2022

[TÊN CÔNG TY]
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)