

Số: /BVDL-KD  
V/v mời chào giá mua sắm thiết bị

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mời chào giá mua sắm thiết bị phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.

- Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá:

Khoa Dược - Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0236.3757567 giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Da liễu, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2026.** Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm**

- Các đơn vị có thể gửi báo giá đầy đủ theo mẫu **Phụ lục đính kèm** hoặc các mặt hàng đơn vị có thể tham gia theo biểu mẫu Bảng chào giá đính kèm.

- Hồ sơ kèm theo Báo giá: Tài liệu thể hiện hồ sơ sản phẩm, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ pháp lý công ty đủ điều kiện mua bán sản phẩm báo giá, hình ảnh thiết bị báo giá. Báo giá bao gồm các chi phí khác: vận chuyển, linh kiện thay thế,... (nếu có)

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Da liễu TP. Đà Nẵng.

- Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 10-30 ngày kể từ ngày đặt hàng.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định hiện hành.

- Thời gian thực hiện mua sắm dự kiến: 06 tháng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CNTT ( đăng website Bệnh viện; mạng đấu thầu quốc gia);
- Lưu: VT, KD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Công Đức**



**Phụ lục 1:**  
**DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ**

(Đính kèm Thư mời chào giá số

/BVDL-KD ngày      tháng      năm 2026 của Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng)

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
1	Máy IPL	Máy	1	<p><b>Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết bị được sản xuất từ 2025 trở đi, mới 100%</li><li>- Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485, EC hoặc tương đương</li><li>- Điều kiện hoạt động:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Nhiệt độ tối đa: <math>\geq 26^{\circ}\text{C}</math></li><li>+ Độ ẩm tối đa: <math>\geq 75\%</math></li></ul></li><li>- Nguồn điện: 100-240V; 50/60 Hz</li></ul> <p><b>Yêu cầu cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính: 01 bộ</li><li>- Tay cầm điều trị đa năng (Universal): 01 cái</li><li>- Tay cầm điều trị da mặt (Facial): 01 cái</li><li>- Xe đẩy: 01 cái</li><li>- Công tắc chân (pedal): 01 cái</li><li>- Dây nguồn: 01 sợi</li><li>- Kính bảo vệ mắt bác sỹ: 02 cái</li><li>- Kính bệnh nhân: 01 cái</li><li>- Sách hướng dẫn sử dụng và lâm sàng bằng tiếng Anh : 01 quyển</li><li>- Gel : 01 chai 250ml</li></ul> <p><b>Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Năng lượng đầu ra tối đa: <math>\geq 20\text{J}/\text{cm}^2</math></li><li>- Bước sóng:<ul style="list-style-type: none"><li>+ <math>\leq 590\text{nm}</math> đến <math>\geq 1,100\text{nm}</math> (đối với đầu điều trị đa năng (Universal))</li><li>+ <math>\leq 500\text{nm}</math> đến <math>\geq 900\text{nm}</math> (đối với đầu điều trị da mặt (Facial))</li></ul></li><li>- Khoảng thời gian xung: <math>\leq 2</math> giây</li><li>- Diện tích điều trị:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Đầu chiếu đa năng (Universal): <math>\geq 750\text{mm}^2</math></li><li>+ Đầu chiếu da mặt (Facial) <math>\geq 450\text{mm}^2</math></li></ul></li></ul>

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
				<p>Tuổi thọ bóng đèn:            + Tối thiểu 250.000 xung (đối với đầu điều trị đa năng (Universal))            + Tối thiểu 200.000 xung (đối với đầu điều trị da mặt (Facial))            - Có hệ thống làm mát  <b>Yêu cầu khác:</b>            - Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu, bảo trì 3 tháng/1 lần trong suốt thời gian bảo hành. Khi có sự cố với máy móc, đội ngũ kỹ thuật có mặt trong vòng tối đa 5 ngày kể từ khi nhận thông báo để kiểm tra và xử lý.            - Đào tạo cho đơn vị sử dụng thành thạo thiết bị.            - Có cam kết về việc cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao cho thời gian ít nhất 8 năm kể từ ngày bàn giao.</p>
2	Máy phân tích da	Cái	1	<p><b>Yêu cầu chung:</b>            - Thiết bị được sản xuất từ 2025 trở đi, mới 100%            - Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485, EC hoặc tương đương  <b>Cấu hình chung</b>            - Máy phân tích chụp mặt: 01 cái.            - Máy vi tính: 01 bộ (Cấu hình tối thiểu: CPU: Intel <math>\geq</math> 2,0GHz hoặc tương đương; Ram: <math>\geq</math> 4GB; Dung lượng ổ cứng: <math>\geq</math> 200GB; Hỗ trợ hệ điều hành cài đặt sẵn cho máy tính Windows 10; Màn hình LCD: Kích thước: <math>\geq</math> 21 inch, Độ phân giải HD: <math>\geq</math> 1920 x 1080 pixels; Bàn phím, chuột máy tính)            - Dây cáp nối máy tính: 01 cái.            - USB cài dữ liệu: 01 cái.            - Tay cầm kiểm tra độ ẩm: 01 cái.            - Bao chắn sáng: 01 cái            - Vải che phủ máy: 01 cái.  <b>Chỉ tiêu kỹ thuật:</b>            - Cung cấp <math>\geq</math> 14 chế độ phân tích da            - Độ phân giải <math>\geq</math> 13 Mega Pixel            - Có cảm biến điểm ảnh            - Trường nhìn <math>\geq</math> 120 độ            - Tiêu điểm lấy nét: tập trung cố định            - Có 02 camera vùng mặt, vùng cổ</p>

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
				<b>Yêu cầu khác:</b> - Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu, bảo trì 3 tháng/1 lần trong suốt thời gian bảo hành. - Đào tạo cho đơn vị sử dụng thành thạo thiết bị. - Có cam kết về việc cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao cho thời gian ít nhất 8 năm kể từ ngày bàn giao.
3	Đèn mô treo trần	Cái	1	<b>Yêu cầu chung</b> - Năm sản xuất: 2025 trở đi, mới 100% - Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương <b>Chỉ tiêu kỹ thuật:</b> - Đường kính các chóa đèn: $\geq 680\text{mm} + 550\text{mm}$ - Loại đèn: Gương cầu hoặc tốt hơn - Cường độ sáng tối đa: $\geq 160.000$ Lux - Nhiệt độ màu: $\geq 4.300 \pm 200$ - Chỉ số tạo màu: $\geq 96$ - Đường kính vùng hội tụ ánh sáng: $\Phi \geq 100 \sim \leq 350\text{mm}$ - Số bóng đèn LED: $\geq 240$ (160 + 80) - Tuổi thọ bóng LED: $\geq 50.000$ giờ <b>Yêu cầu khác:</b> - Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu, bảo trì 3 tháng/1 lần trong suốt thời gian bảo hành. - Đào tạo cho đơn vị sử dụng thành thạo thiết bị. - Có cam kết về việc cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao cho thời gian ít nhất 8 năm kể từ ngày bàn giao.
4	Máy chiếu tia UV toàn thân	Hệ thống	1	<b>Yêu cầu chung:</b> - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC hoặc tương đương. - Nhiệt độ môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa $\geq 30^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm môi trường làm việc: Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$ <b>Yêu cầu cấu hình:</b> - Buồng điều trị bằng tia UV toàn thân: 01 cái

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây cáp nguồn điện: <math>\geq 01</math> cái</li> <li>- Kính bảo vệ mắt cho bệnh nhân: <math>\geq 05</math> cái</li> <li>- Kính bảo vệ mắt cho người vận hành: <math>\geq 02</math> cái</li> <li>- Quạt thông gió buồng điều trị: <math>\geq 01</math> cái</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><b>Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buồng điều trị thiết kế dạng cabin cho bức xạ đồng đều</li> <li>- Có màn hình hiển thị và điều khiển, chỉ dẫn người vận hành trực quan và an toàn.</li> <li>- Có tính năng dừng khẩn cấp.</li> <li>- Số lượng bóng đèn UVB: <math>\geq 20</math> cái</li> <li>- Có cảm biến đo UV</li> </ul> <p><b>Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu, bảo trì 3 tháng/1 lần trong suốt thời gian bảo hành. Khi có sự cố với máy móc, đội ngũ kỹ thuật có mặt trong vòng tối đa 5 ngày kể từ khi nhận thông báo để kiểm tra và xử lý.</li> <li>- Đào tạo cho đơn vị sử dụng thành thạo thiết bị.</li> <li>- Có cam kết về việc cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao cho thời gian ít nhất 8 năm kể từ ngày bàn giao.</li> </ul>
5	Máy soi cổ tử cung	Máy	1	<p><b>Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị được sản xuất từ 2025 trở đi, mới 100%</li> <li>- Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương</li> <li>- Xuất xứ Camera soi cổ tử cung: G7</li> <li>- Điều kiện hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhiệt độ tối đa: <math>\geq 35^{\circ}\text{C}</math></li> <li>+ Độ ẩm tối đa: <math>\geq 75\%</math></li> </ul> </li> <li>- Nguồn điện cung cấp: 220V; 50Hz</li> </ul> <p><b>Yêu cầu cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Camera soi cổ tử cung: 01 cái</li> <li>- Giá đỡ Camera: 01 cái</li> <li>- Phần mềm quản lý bệnh nhân soi cổ tử cung, in kết quả tiếng Việt: 01 bộ</li> <li>- Bàn đạp chân điều khiển chụp hình: 01 cái</li> </ul>

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
				<p>-Bộ máy tính: 01 bộ            -Máy in màu: 01 cái            -Giấy in ảnh: 01 tập  <b>Chỉ tiêu kỹ thuật:</b>  <b>Camera:</b>            - Tối thiểu Camera kỹ thuật số độ phân giải cao            - Số điểm ảnh: <math>\geq 2</math> Mega pixel            - Có bộ lọc màu xanh            - Tối thiểu lấy nét tự động và thủ công            - Giá đỡ kiểu đứng thẳng hoặc cánh tay xoay            - Độ phóng đại hình ảnh quang học <math>\geq 10x</math>, độ phóng đại hình ảnh số <math>\geq 12x</math>            - Góc quay: 360 độ            - Khoảng cách làm việc: <math>\leq 250mm - \geq 300mm</math>            - Nguồn sáng: Nguồn sáng led hoặc tương đương            - Cường độ sáng: <math>\geq 4000</math> Lux            - Đầu ra video tối thiểu có: HDMI hoặc 3G-SDI            - Lấy nét tối thiểu: Tự động và thủ công            - Có chức năng dừng hình  <b>Giá đỡ Camera:</b>            - Loại giá đỡ điều chỉnh linh hoạt. Di chuyển bằng chân đế có: <math>\geq 4</math> bánh xe và có tối thiểu <math>\geq 2</math> bánh xe có khóa hãm            - Được sử dụng để hỗ trợ xoay, nâng hạ và di chuyển camera  <b>Phần mềm quản lý bệnh nhân soi cổ tử cung:</b>            - Có chức năng khai báo thông tin đơn vị y tế, thông tin người sử dụng và thông tin bệnh nhân            - Có chức năng chụp hình, xử lý hình ảnh, lưu trữ hình ảnh            - Có chức năng khởi tạo các trường dữ liệu về chẩn đoán, phân tích, dặn dò giúp bác sỹ thuận tiện trong công tác khám chữa bệnh            - Có chức năng lưu trữ và quản lý thông tin bệnh nhân giúp việc tái khám và điều trị được thuận tiện            - Có chức năng in các mẫu phiếu khám bệnh theo: 2 - 4 hình ảnh soi  <b>Bộ máy vi tính:</b>            Cấu hình tối thiểu:</p>

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: Intel <math>\geq</math> 2,0GHz hoặc tương đương</li> <li>- Ram: <math>\geq</math> 4GB</li> <li>- Dung lượng ổ cứng: <math>\geq</math> 200GB</li> <li>- Hỗ trợ hệ điều hành cài đặt sẵn cho máy tính Windows 10</li> <li>- Màn hình LCD: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kích thước: <math>\geq</math> 21 inch</li> <li>+ Độ phân giải HD: <math>\geq</math> 1920 x 1080 pixels</li> </ul> </li> <li>- Bàn phím, chuột máy tính</li> <li><b>Máy in màu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu in: in phun</li> <li>- Độ phân giải tối đa: <math>\geq</math> (5760 x 1440) dpi</li> <li>- Khổ giấy tối thiểu có thể sử dụng: A4, A5</li> <li>- Tương thích với hệ điều hành Windows</li> </ul> </li> <li><b>Yêu cầu khác:</b>            Bảo hành <math>\geq</math> 12 tháng sau khi lắp đặt nghiệm thu và đưa vào sử dụng, bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất            Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo thiết bị cho kỹ thuật viên và bác sỹ            Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì tiếng Anh + tiếng Việt            Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm</li> </ul>
6	Kính hiển vi 2 mắt	Cái	1	Nguồn sáng: đèn Halogen 6V-20W. sử dụng điện áp 220-240/50/60Hz Độ phóng đại từ: 40X – 1000X Mâm vật kính có 04 vị trí lắp vật kính <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân kính bao gồm nguồn sáng Halogen bộ nguồn sáng nằm trong thân kính với công suất bóng 6V-20W sử dụng với điện áp 220-240/50/60Hz. mâm vật kính, đầu quan sát 2 cực, bàn sa trượt</li> <li>- Vật kính phẳng tiêu sắc, chống mốc và xử lý quang sai: 4X, 10X, 40X. 100X (mỗi loại 01 chiếc)</li> <li>- Dầu soi cho vật kính 100X</li> <li>- Túi phủ kính chống bụi bằng nilon</li> <li>- Dây điện nguồn</li> <li>- Tấm lọc sắc ánh sáng màu xanh</li> <li>- Bảo hành <math>\geq</math> 12 tháng sau khi lắp đặt nghiệm thu và đưa vào sử dụng, bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</li> </ul>

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản
7	Máy phân tích nước tiểu	Cái	1	<p>Mục đích sử dụng: Đo các thành phần sinh hoá của nước tiểu(4-11 thông số)            Phương pháp đo: Phản xạ quang học            Bước sóng: 525nm và 635nm            Công suất: 60-120 test/ giờ            Thời gian que ủ màu: 1 phút            Chế độ đo: Liên tục và đơn lẻ            Tình huống đo: Thông thường( Routine), Khẩn cấp( STAT), Kiểm định (QC)            Cổng kết nối: 25-Pin. R232C, USB            Nguồn điện: 100-240V            Tiêu chuẩn áp dụng: EN 61326 sử dụng vật liệu chống rỉ sét, chống nhiễu từ, an toàn cho người dùng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương            - Bảo hành <math>\geq</math> 12 tháng sau khi lắp đặt nghiệm thu và đưa vào sử dụng, bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p>

**Ghi chú:** Đặc tính kỹ thuật quy định trong danh mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các Đơn vị cung cấp. Các Đơn vị có thể chào giá các vật tư, thiết bị, hàng hoá, dịch vụ có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

**Phụ lục 2**  
**MẪU BÁO GIÁ THIẾT BỊ**

(Đính kèm Thư mời chào giá số /BVDL-KD ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng)

**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, chúng tôi, Công ty .....*[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh; mã số thuế doanh nghiệp]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ y tế liên quan

STT	Danh mục <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Thông số kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VNĐ)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VNĐ)
1											
2											
n											

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm *[Ghi cụ thể ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*

3. Chúng tôi cam kết :

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày tháng năm 2026

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**  
*(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)*

**Ghi chú:**

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.  
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài. Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.